


★ 注意事項 ★

劑量顯示器說明：


- 每按壓 1 次，劑數顯示器的數字會少 1 格。
- 指針-顯示剩餘的按壓 (吸) 次數
- 黃色區域-如果指針指向黃色區域，請預訂新的吸入器
- 紅色區域-如果指針指向紅色區域的 0，請丟棄吸入器
- 當指針指向 0 時，請勿嘗試按壓 (因為不會獲得完整的劑量)。



- 若您已超過 7 天未使用您的吸入器，您需要重新裝填，也就是開蓋搖晃後按壓劑量顯示器的中央 2 次，釋放二次劑量，即可使用。
- 在使用前，應保存於室溫下。每週一次沖洗黃色啟動器，避免藥物累積，阻塞通過吸嘴的噴霧。



開蓋搖晃



按壓劑量顯示器的中央 2 次

“必肺暢”氣化噴霧劑

Breztri Aerosphere® 使用說明



**BREZTRI
AEROSPHERE™**
(budesonide, glycopyrronium, and
formoterol fumarate) Inhalation Aerosol

Reference: BREZTRI Aerosphere 中文仿單
TW-23190_BRE_20/02/2023

初次使用，需先按壓吸入器排氣：

依照下方步驟1開蓋搖晃後，確實按壓劑量顯示器的中央，釋放一次劑量，**再重複三次**，每次讓噴霧釋放之前須振搖均勻，**總共按壓排氣四次後**，您的吸入器已經準備好使用了。


如何使用Breztri Aerosphere吸入器

*每週一次沖洗黃色啟動器，避免藥物累積，阻塞通過吸嘴的噴霧。




1 開

取下吸嘴保護蓋，請將吸入器充分搖勻。




2 吐

在您覺得舒適的情況下，盡可能的用嘴巴吐氣(請勿對著吸入器吐氣。)



3 吸+壓


嘴唇完整包覆吸嘴，頭微微往後傾。深入且緩慢呼吸的同時，按下劑量顯示器的中央，釋放一次藥物。



4 閉+吐

完成吸入後，將吸入器從嘴巴移開，盡可能的閉住呼吸最多10秒後，緩緩吐氣，並**重複步驟1至4**，吸入第二次劑量。

重複步驟1至4
吸入第二劑



5 蓋

將吸嘴保護蓋蓋上。



6 漱

以清水漱口，並將水吐掉，**請勿吞下。**